

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00084/2020-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Fotômetro

Descrição Detalhada: FOTOMETRO DE BOLSO
Características básicas: cloro livre.
Faixa de medição mínima: 0,00 a 3,50 ppm (mg/L)
Resolução: 0,01 ppm (mg/L)
Exatidão: $\pm (0,05 \text{ ppm} + 3\% \text{ leitura})$
Fonte de luz: Diodo emissor de luz 525nm
Detector de luz: Fotocélula de silício
Método: Adaptação do método 330.5 da USEPA
Temperatura de operação: 0 a 50°C (32 a 122°F)
Umidade de operação: 10 a 90% UR (sem condensação)
Alimentação: 1.5V (1 pilha AAA alcalina) ou bateria bivolt
Dimensões: 61 x 81,5 x 37,5mm
Display: Cristal líquido
Itens inclusos:
- 2 cubetas de vidro
- 1 pilha tipo AAA (instalada) ou bateria bivolt
- Manual de instruções em português

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 415,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (2)

2 - Reagente analítico

Descrição Detalhada: Reagente analítico 2, reagente: determinação de cloro livre em água, aspecto físico: pó, tipo uso: método dpd, características adicionais: teste

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 190,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (10)